

Διεύθυνση :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πληροφορίες:Πουλιάσης Α.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τηλέφωνο :2621082784
ΦΑΞ 2621082378
E-mail :promithiesgnpyr@gmail.com

**ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ :**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΓΓΡΑΦΕΑ CD/DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ»**

Σχετ: το υπ.αριθμ.24412/18-11-2016 Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών
κατόπιν της υπ'αριθ. 395^{ης}/14-11-2016 Πράξης Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας, για

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΓΓΡΑΦΕΑ CD/DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ»**

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για 1^η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε 1^η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 24412/18-11-2016 Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.nosokomeiopyrgoy.gr), ήτοι από την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-11-2016** έως και την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-11-2016** .

3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiesgnpyr@gmail.com
5. Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημέρες.
6. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας

Τεχνικών Προδιαγραφών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6^η Υ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ



Πύργος

Α.Π.:

Γρ. Τροφ
18-11-16

16/11/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Σύστημα εγγραφής απεικονιστικών εξετάσεων σε CD/DVD
1.	Να διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό για την αυτόματη εγγραφή και εκτύπωση πληροφοριών εξετάσεων ασθενούς σε CD / DVD και διασύνδεση με απεριόριστο αριθμό διαγνωστικών μονάδων κ το PACKS
2.	Το προσφερόμενο σύστημα θα φέρει πιστοποίηση CE για τον υπολογιστή, το ρομπότ και την οθόνη.
3.	Αναφορές-σχετικό πελατολόγιο : ο ανάδοχος να καταθέσει κατάλογο με τα αντίστοιχα εγκατεστημένα συστήματα στην Ελλάδα ή την Ευρώπη της τελευταίας πενταετίας.
4.	Μετά τη λήξη της εγγύησης 1 έτους να δοθεί κόστος ετήσιας υποστήριξης καλής λειτουργίας όλου του συστήματος.
5.	Οδηγοί εγγραφής CD/DVD : δύο (2) για γρήγορη παραγωγή με δυνατότητα αυτόματης επιλογής cd/dvd ανάλογα με τον όγκο της προς εγγραφή ιατρικής πληροφορίας.
6.	Χωρητικότητα εισόδου : 100 θέσεων τουλάχιστον (άδεια CD/DVD)
7.	Δυνατότητα εκτύπωσης : έγχρωμη εκτύπωση
8.	Ηλεκτρονικός υπολογιστής , τελευταίας τεχνολογίας με τα εξής τουλάχιστον χαρακτηριστικά: - επεξεργαστής core I5 ή μεταγενέστερο, 6 GB RAM, 500 GB σκληρό δίσκο, οθόνη LED τουλάχιστον 21"
9.	DICOM 3.0 : να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τη λήψη των εξετάσεων μέσω του προτύπου DICOM 3.0
10.	Ενσωμάτωση μαζί με το CD/DVD και κατάλληλου λογισμικού προβολής των εξετάσεων DICOM.
11.	Λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης του παραγόμενου CD/DVD κατά την εισαγωγή του σε υπολογιστή.
12.	Λογισμικό θέασης των εξετάσεων : να είναι συμβατό με τα πλέον πρόσφατα λειτουργικά συστήματα Windows 7 & Windows 8.
13.	Να μπορεί να συνδεθεί οποιαδήποτε διαγνωστική μονάδα που υποστηρίζει Dicom 3.0, χωρίς περιορισμό στο πλήθος των διαγνωστικών μονάδων ή σταθμών PACS που θα συνδεθούν.
14.	Δυνατότητα εγγραφής πολλαπλών εξετάσεων για τον ασθενή. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα εγγραφής πολλαπλών εξετάσεων του ίδιου ασθενούς.
15.	Να δοθεί το κείμενο συμμόρφωσης με το DICOM 3.0 (dicom conformance statement)
16.	Να διαθέτει ειδικό λογισμικό διαμόρφωσης ετικέτας
17.	Να τυπώνει λατινικούς κ ελληνικούς χαρακτήρες
18.	Στην ετικέτα να αναγράφεται κατ' ελάχιστο : κωδικός ασθενούς, ονοματεπώνυμο ασθενούς, ημερομηνία εξέτασης, λογότυπο νοσοκομείου, περιγραφή κ τύπος εξέτασης
19.	Εκτύπωση πολλαπλών εξετάσεων : να εκτυπώνονται στην ετικέτα του CD/DVD οι περιγραφές των εξετάσεων που περιέχονται τουλάχιστον για τις τρεις (3) πρώτες.
20.	Διαθεσιμότητα αναλωσίμων υλικών : τα CD/DVD , τα μελάνια και εν γένει τα αναλώσιμα υλικά να μην είναι αποκλειστικά και να μπορούν να βρεθούν στην ελεύθερη αγορά.
21.	Όλα τα προσφερόμενα να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα και να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος.
22.	Να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των εξετάσεων και της εφαρμογής για την προβολή dicom εικόνων σε USB flash memory

Μισύρης Αλέξιος

Τα μέλη της επιτροπής

Γεωργίου Ιωάννης

Κραβαρίτης Ανδρέας