

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 7996
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ 1-4-21

✓ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ
Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την 5/3-2-2020 και 13/10-3-2020 Απόφαση ΔΣ περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είδους ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ σας καταθέτουμε ως επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ καθώς και για TROCAR και ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ως κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1. TROCAR διαμέτρου 5-11 mm με πλαστική κοπτική λάμα και ενσωματωμένο μετατροπέα. Κάνουλα σταθεροποίησης με λοξευμένο άκρο για ελαχιστοποίηση τραύματος και προστασία σπλάγχων. Να φέρει βαλβίδα διοξειδίου άνθρακα τριών δρόμων.
2. TROCAR τύπου Hasson (μιας χρήσης) διαμέτρου 5-12 mm με σπείρωμα σταθεροποίησης και δύο φτερά καθήλωσης ραμμάτων για ασφαλή τοποθέτηση στο κοιλιακό τοίχωμα. Ατραυματική κάνουλα εσωτερικής διαμέτρου 12 mm με λοξευμένο άκρο για ελαχιστοποίηση της δύναμης διείδουσης. Βαλβίδα διοξειδίου άνθρακα τριών δρομών.
3. Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων διαμέτρου 10mm, με δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτιση- τοποθέτηση κλιπ), να διαθέτει είκοσι κλιπ τιτανίου, μεγέθους μεσαίου- μεγάλου και μεγάλου.
4. Στυλεό ασύρματης γεννήτριας υπερήχων με δυνατότητα απολίνωσης μέχρι 5mm, δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι, με κυρτή λεπίδα, μήκους 14.5 cm, συνολικού μήκους περίπου 40 cm και συχνότητα λειτουργίας 55.5 KHz. Απαραίτητη προϋπόθεση η χορήγηση συνοδού εξοπλισμού για τη χρήση των αναλώσιμων έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Βάσει του άρθρου 43 παρ. 9 ν. 4605/2019, Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις τεχνικές προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΙΡΡΑ ΝΑΤΑΛΕ
Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ/ΤΑ
ΕΠΙΜ. ΧΕΙΡ/ΚΗΣ


ΤΣΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ

ΜΙΡΡΑ ΝΑΤΑΛΕ
Διευθύντρια-Επιμελήτρια
Χειρουργικής Κλινικής
Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗ: 14085901244 ΑΜ ΤΣΑΥ 94153

Βασιλική Τσουκή
Προϊσταμένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ
Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ, Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την 5/3-2-2020 και 13/10-3-2020 Απόφαση ΔΣ περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είδους ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ σας καταθέτουμε ως επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ καθώς και για TROCAR και ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ως κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση κοιλιοκήλης, διπλής όψης. Να έχει τρισδιάστατη ύφανση. Αποτελούμενο από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα και απορροφήσιμη υδρόφιλη αντισυμφυτική μεμβράνη από γλυκερόλη και κολλαγόνο.

Στην τοιχωματική πλευρά να υπάρχει να υπάρχει επιπρόσθετη λωρίδα πλέγματος για ασφαλή καθήλωση.

Επιθυμητές διαστάσεις:

1. διάμετρο ~ 6 cm (στρογγυλό)
2. διάμετρο ~ 8 cm (στρογγυλό)
3. ~15X10 cm
4. ~20X15 cm
5. ~25X20 cm
6. ~30X20 cm

Βάσει του άρθρου 43 παρ. 9 ν. 4605/2019, Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις τεχνικές προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΙΡΡΑ ΝΑΤΑΛΕ
Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ/ΤΑ
ΕΠΙΜ. ΧΕΙΡ/ΚΗΣ

ΤΣΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ

ΜΙΡΡΑ ΝΑΤΑΛΕ
Διευθύντρια - Συντονίστρια
Επιχειρηματικής Κλινικής
Εκπαιδευτική - Ν. Αιολισσός
Α.Μ.Κ. - 2301.000.150 - Τ.ΕΛ.Α.Υ: 38513

Ε.Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΩΤΑ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΜΚΑ: 14046901274 ΑΜ Τ.Ε.Λ.Α.Υ: 94353

Βασιλική Τσουκή
Προϊσταμένη