



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ**

Τμήμα: Οικονομικό /Γρ. Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Ε.Ο. Πύργου - Πατρών
Ταχ. Κ.: 27 131
Τηλέφωνο: 2621 36 1193
Πληροφορίες : Μπακαλοπούλου Κ.

**ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28412/08-08-2025 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 6005102 που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 377846),

Σχετικά:

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
2. Οι διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
3. Η Διακήρυξη υπ' αρ. 28412/08-08-2025 (Τμήμα 2: Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 377846)
4. Το με Α.Π. 31570/05-09-2025 Αίτημα Διευκρινίσεων Οικονομικού Φορέα
5. Το με αρ. πρωτ. 32093/09-09-2025 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Κατόπιν αιτήματος Οικονομικού φορέα, περί παροχής διευκρινίσεων για το Τμήμα 2: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 377846- Ζητούμενο είδος: «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ω.Ρ.Λ. ΓΙΑ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» (CPV: 33168100-6) και σε απάντηση ως προς τα κάτωθι διευκρινιστικά ερωτήματα:

- 1) Σχετικά με την προδιαγραφή Νο 10: Διαθέτει αθόρυβο σύστημα αναρρόφησης
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θέλετε αυτόματη αποχέτευση στην αναρρόφηση.
- 2) Σχετικά με την προδιαγραφή Νο 14: Διαθέτει βάση μετωπιαίου κατόπτρου και βάση μικροσκοπίου
Παρακαλώ ενημερώστε μας τι μικροσκόπιο διαθέτει το νοσοκομείο.
- 3) Σχετικά με την προδιαγραφή Νο 16: Διαθέτει πλύση ώτων
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θέλετε σύνδεση με το δίκτυο νερού του νοσοκομείου ή αυτόνομο σύστημα με εσωτερικό δοχείο (tank) για αποφυγή αλάτων.

Σας επισυνάπτουμε αυτούσια την απάντηση της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, διατυπωθείσα στο υπ' αρ. πρωτ. 32093/09-09-2025 έγγραφο:

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 1:

Απαιτείται αυτόματη αποχέτευση στην αναρρόφηση, η οποία θα συνδεθεί με το σύστημα κεντρικής αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 2:

Το Νοσοκομείο διαθέτει μικροσκόπιο Karl Kaps Germany.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 3:

Απαιτείται αυτόνομο σύστημα με εσωτερικό δοχείο (tank) για αποφυγή αλάτων από το δίκτυο ύδρευσης».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ