

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 383/22-08-2023

Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας (ΑΔΑ: Ψ60Ζ46907Ε-Β9Χ)
για την προμήθεια του είδους: «**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΣΘΕΝΩΝ**»
για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Ν.Μ. Πύργου

Το κρεβάτι να είναι τελευταίας τεχνολογίας, καινούργιο, ανθεκτικό, με υλικά ανтимικροβιακής ποιότητας και αντοχής, και κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους.

Το κρεβάτι να έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας για την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού και του ασθενή.

Εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 220 x 100 cm.

Διαστάσεις επιφάνειας να είναι περίπου 200 x 88 cm.

Η επιφάνεια του κρεβατιού να είναι σε τέσσερα τμήματα (τρία κινητά και ενός σταθερού), και να καλύπτονται από πλαστικό ανθεκτικό στην σκληρή χρήση.

Τα πλαστικά καλύμματα να αφαιρούνται εύκολα για απολύμανση και καθαρισμό και να είναι ανθεκτικά στην σκληρή χρήση.

Το κρεβάτι να ρυθμίζει την πλάτη τουλάχιστον 60°.

Το κρεβάτι να ρυθμίζει τους μηρούς τουλάχιστον 20°.

Το κρεβάτι να ρυθμίζει το ύψος από 40 - 80 εκ. περίπου.

Το κρεβάτι να ρυθμίζει τη κλίση θέσης Trendelenburg και την αντίστροφη θέση Trendelenburg ± 12 .

Το κρεβάτι να έχει προστατευτικά κάγκελα μεταλλικά από χάλυβα, με κουμπί απασφάλισης για την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού και του ασθενή.

Το κρεβάτι να έχει τέσσερις αντιστατικούς τροχούς για εύκολη μετακίνηση και με κεντρικό σύστημα φρένων.

Η ρύθμιση των ποδιών του ασθενή να εκτελείται μέσω κρεμαγιέρας.

Το κρεβάτι να κλειδώνει τις κινήσεις που δεν είναι επιτρεπτές από τον ασθενή.

Το κρεβάτι να διαθέτει μπαταρία για αυτονομία κινήσεων, μεταφορά κρεβατιού, και για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.

Το τηλεχειριστήριο να είναι ανθεκτικό στην χρήση στα πεσίματα στεγανό στα υγρά καθώς και όλες οι λειτουργίες να γίνονται από αυτό.

Να γίνεται αυτόματη ρύθμιση της πλάτης και των ποδιών από το χειριστήριο.

Να γίνεται αυτόματη μετακίνηση της πλάτης προς τα πίσω και των μηρών προς τα εμπρός όταν αυτά ανεβαίνουν, ώστε να μην συμπιέζεται η κοιλιακή χώρα του ασθενή.

Τα ηλεκτρικά να είναι ανθεκτικά με προστασία με γείωση, και καλυμμένα από ανθεκτικό πλαστικό.

Οι μετώπες να είναι από ανθεκτικό πλαστικό να αφαιρούνται εύκολα για απολύμανση και καθαρισμό και να είναι ανθεκτικά στην σκληρή χρήση.

Το κρεβάτι να έχει προστατευτικά στις άκρες για πιθανές συγκρούσεις.

Το κρεβάτι να έχει υποδοχές για ορούς, ουροσυλλέκτες κλπ.

Το κρεβάτι να έχει στρώμα αφρώδους υλικού ή υψηλής ποιότητας αφρού Πολυουρεθάνης (PU) από 10cm και άνω ίδιο με τις διαστάσεις του κρεβατιού με βαμβακερή θήκη με φερμουάρ. Το κάλυμμα να είναι ανθεκτικό αντιμικροβιακό αντιολιστιτικό και να μην καίγεται.

Το κρεβάτι να έχει πλήρης οδηγίες χρήσεις (MANUALS).

Το κρεβάτι να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια, ανταλλακτικά πλήρης και τεχνική υποστήριξη 10 χρόνια μετά το πέρας της εγγύησης.

Τα Μέλη της Επιτροπής

1. Ζούμπου Άννα, Επ. Ιατρός Νεφρολογίας
2. Σοφός Διονύσιος, ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Θεοδωρακόπουλος Χρήστος, ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικών)

6η ΥΠΕ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΡ.ΤΣ.ΑΥ 111524
ΑΜΚΑ 06077402862

6η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Υ. Μ.Τ.Ν.
Χ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ