

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ» (CPV: 33192120-9), ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 3)

Παιδικές τροχήλατες κλίνες (κουνάκια), με στρώμα αδιάβροχο και κομοδίνα με τραπεζοτουαλέτα

Οι παιδικές τροχήλατες κλίνες (κουνάκια), με προστατευτικά κάγκελα χωρίς να δημιουργείται κενό για μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα ρύθμισης σε 3 θέσεις τουλάχιστον.

Με δυνατότητα ανύψωσης της πλάτης χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα, με υποδοχή για στατό ορού, τροχοί με φρένο, σε διάφορα χρώματα ή παιδικές παραστάσεις, διαστάσεων 140 cm X 70 cm ($\pm$ 10 cm).

Το υλικό κατασκευής ανθεκτικό, ασφαλές και μεγάλης αντοχής για παιδιατρικούς ασθενείς.

Τα στρώματα θα έχουν αδιάβροχο εξωτερικό κάλυμμα, διαστάσεων αναλόγως της κλίνης 140 cm X 70 cm ($\pm$ 10 cm).

Και τα κομοδίνα νοσηλείας, θα είναι τροχήλατα, με τραπεζοτουαλέτα, διπλής όψης, αντίστοιχα των κλινών.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ

1. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας και να αποτελούν ενιαίο ομοιογενές σύνολο (τόσο ποιοτικά όσο και χρωματικά).
2. Το κομοδίνο να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης.
3. Η τραπεζοτουαλέτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης ώστε να είναι πλήρως λειτουργική.
4. Το κομοδίνο με την τραπεζοτουαλέτα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, συγκεκριμένα πόρτες ντουλαπιού και μετώπες συρταριών από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας ανθεκτικό στα είδη καθαρισμού του νοσοκομείου.
5. Ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής του κομοδίνου με την τραπεζοτουαλέτα να επιτρέπουν τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό της καθώς και την αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων. Να γίνει αναλυτική περιγραφή και πλήρης τεκμηρίωση.
6. Το κομοδίνο να διαθέτει ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα. Η επιφάνεια της τραπεζοτουαλέτας να είναι διαστάσεων 60x35cm περίπου με χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων.
7. Το ύψος της τραπεζοτουαλέτας να μεταβάλετε από 99 έως 110cm τουλάχιστον.
8. Το κομοδίνο να φέρει ένα (1) ντουλάπι και ένα (1) συρτάρι ή ένα (1) συρτάρι μεγάλο και ένα (1) συρτάρι μικρό.
9. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος στις μετώπες του για να αποτελούν ομοιογενές σύνολο με τις κλίνες.
10. Η επιφάνεια εργασίας του κομοδίνου να φέρει χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων.
11. Να φέρει υποδοχές για την τοποθέτηση φιαλών καθώς και ράγα για στήριξη πετσέτας.
12. Το κομοδίνο να φέρει τέσσερις (4) διπλούς, περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 50 mm τουλάχιστον εκ των οποίων οι δυο με φρένο.
13. Διαστάσεις κομοδίνου περίπου:
 - Μήκος: 50 - 70 cm
 - Πλάτος: 45 - 55 cm
 - Ύψος κομοδίνου: 75 - 90cm

14. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης».

Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα ανάλογο, κατάλληλο για την προστασία από κατακλίσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, να διαθέτει επιφάνεια του τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ζώνες στήριξης για κεφαλή, κορμό, πέλματα, με συνδυασμούς αφρού πολυουρεθάνης και βισκοελαστικό υλικό για την καλύτερη προσαρμογή του σώματος και διανομή του βάρους του ασθενή.
2. Να είναι ύψους περίπου 14-16 εκ και κατάλληλης πυκνότητας (να αναφερθούν οπωσδήποτε τα στοιχεία της πυκνότητας και αντοχής προς αξιολόγηση), ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία του από τις κατακλίσεις.
3. Να διαθέτει ειδική ενίσχυση ζώνης κατά μήκος στις άκρες ώστε να μη γλιστρά ο ασθενής κατά την έγερσή του.
4. Να είναι βραδύκαυστο. Να αναφερθεί η οδηγία.
5. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρους ασθενή 220 κιλά τουλάχιστον.
6. Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - α) Κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη
 - β) Αδιάβροχο
 - γ) Αεροδιαπερατό
 - δ) Αντιβακτηριακό
 - ε) Διελαστικό
 - στ) Να πλένεται σε πλυντήριο. Να αναφερθεί η θερμοκρασία πλύσης.
 - ζ) Οι ραφές του να είναι ραμμένες και κολλημένες με τρόπο (να αναφερθεί η μέθοδος) ώστε να παρέχεται η βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών.
 - θ) Δυνατότητα αφαίρεσης του φερμουάρ. Το φερμουάρ να καλύπτεται για την αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ

1. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας και να αποτελούν ενιαίο ομοιογενές σύνολο (τόσο ποιοτικά όσο και χρωματικά).
2. Το κομοδίνο να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης.
3. Η τραπεζοτουαλέτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης ώστε να είναι πλήρως λειτουργική.
4. Το κομοδίνο με την τραπεζοτουαλέτα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, συγκεκριμένα πόρτες ντουλαπιού και μετώπες συρταριών από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας ανθεκτικό στα είδη καθαρισμού του νοσοκομείου.
5. Ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής του κομοδίνου με την τραπεζοτουαλέτα να επιτρέπουν τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό της καθώς και την αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων. Να γίνει αναλυτική περιγραφή και πλήρης τεκμηρίωση.
6. Το κομοδίνο να διαθέτει ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα. Η επιφάνεια της τραπεζοτουαλέτας να είναι διαστάσεων 60x35cm περίπου με χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων.
7. Το ύψος της τραπεζοτουαλέτας να μεταβάλετε από 99 έως 110cm τουλάχιστον.
8. Το κομοδίνο να φέρει ένα (1) ντουλάπι και ένα (1) συρτάρι ή ένα (1) συρτάρι μεγάλο και ένα (1) συρτάρι μικρό.
9. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος στις μετώπες του για να αποτελούν ομοιογενές σύνολο με τις κλίνες.
10. Η επιφάνεια εργασίας του κομοδίνου να φέρει χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων.
11. Να φέρει υποδοχές για την τοποθέτηση φιαλών καθώς και ράγα για στήριξη πετσέτας.

12. Το κομοδίνο να φέρει τέσσερις (4) διπλούς, περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 50 mm τουλάχιστον εκ των οποίων οι δυο με φρένο.
13. Διαστάσεις κομοδίνου περίπου:
Μήκος: 50 - 70 cm
Πλάτος: 45 - 55 cm
Ύψος κομοδίνου: 75 - 90cm
14. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης.