

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» (CPV:34000000-7) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 3)

1. Ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση για τη μεταφορά ασθενών στο χειρουργείο, στο ΤΕΠ, σε κλινικές κ.α.
2. Να πληρούν τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας, πιστοποίησης και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο
3. Σκελετός μεταλλικής κατασκευής από ανθεκτικό ανοξείδωτο υλικό
4. Να φέρει τέσσερις τροχούς, οι δύο μπροστινοί με ελεύθερη περιστρεφόμενη ρόδα διαμέτρου 200mm X 35mm με συμπαγές ελαστικό (ελαστική πολυουρεθάνη) και πιρούνι προσαρμοζόμενο στο σκελετό με σύστημα πείρου. Οι δύο πίσω τροχοί θα φέρουν συμπαγή λάστιχο και ζάντα ακτινωτή αλουμινίου (600mm X 32mm) και εξωτερικό βοηθητικό στεφάνι, καθώς και σύστημα πεδήσεως και στους δύο πίσω τροχούς. Η ευκολία στην κίνηση-χρήση θα αποδειχθεί κατά την επίδειξη-δοκιμή του προσφερόμενου είδους.
5. Να είναι σταθερό ώστε να δέχεται ασθενείς μεγάλου σωματικού βάρους, τουλάχιστον 120 kgr. Να αναφέρεται το μέγιστο βάρος που μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια.
6. Οι διαστάσεις του καθίσματος να είναι περίπου: $\geq 50 \times 40$ cm και ύψος πλάτης ≥ 40 cm
7. Το κάθισμα και η πλάτη να είναι αδιάβροχη, από ενισχυμένη πολυεστερική ύφανση με γέμιση ή άλλο υλικό (ενισχυμένη δερματίνη) αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής.
8. Το κάθισμα και η πλάτη να είναι αντικαταστάσιμα σε περίπτωση φθοράς
9. Να μην είναι πτυσσόμενα και στην πλάτη να φέρουν εργονομικές ανοξείδωτες χειρολαβές για την οδήγησή του
10. Να φέρει μπράτσα επενδυμένα με ισχυρής αντοχής, αδιάβροχο, μαλακό και αφιδρωτικό υλικό
11. Να διαθέτει στατό ορόυ, επιθυμητό αυξομειούμενου ύψους
12. Να διαθέτει υποδοχή (βάση) φιάλης οξυγόνου
13. Να έχει τη δυνατότητα αναδίπλωσης και ανύψωσης των υποποδίων για την διευκόλυνση της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς προς και από το κάθισμα
14. Να πλένεται και να απολυμαίνεται με τα συνήθη απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και χωρίς να εισέρχονται υγρά από τις ραφές της πλάτης και του καθίσματος
15. Να διαθέτει σύστημα parking-κλειδώματος ώστε να ασφαρίζονται τα αμαξίδια μεταξύ τους
16. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, εάν τους ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το προσφερόμενο αμαξίδιο
17. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να πιστοποιούνται με πρωτότυπα φυλλάδια της κατασκευαστικής εταιρείας.
18. Η προσφορά θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης με την ακολουθούμενη σειρά των τεχνικών προδιαγραφών
19. Με την προσφορά να κατατεθούν τα εγχειρίδια λειτουργίας (στα Ελληνικά) η κάλυψή του σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής. Να κατατεθεί πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών, όλων των αποσπώμενων μερών.
20. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348/2004 (ΦΕΚ32Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
21. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών τουλάχιστον
22. Να κατατεθεί πλήρες Συμβόλαιο Συντήρησης, το οποίο θα ισχύει από τη λήξη της τριετούς εγγύησης