

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ & ΤΗ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» (CPV: 33192160-1) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 25) ΚΑΙ ΤΗ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

1. Στιβαρή κατασκευής **σκελετός**, κατασκευασμένος από **ατσάλι** βαμμένο με μη τοξική εποξική βαφή.
2. Να είναι τροχήλατο, οι **εξωτερικές διαστάσεις** του να είναι περίπου 2050mmx750mm (ΜΧΠ), οι **διαστάσεις της επιφάνειας** κατάκλισης να είναι περίπου 1900mm x 650mm.
3. Να μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια ασθενή βάρους έως 250kg, $\pm 50\text{Kg}$.
4. Να φέρει τέσσερις τροχούς διαμέτρου 200mm με κεντρικό σύστημα πέδησης, το οποίο θα ενεργοποιείται από δύο ποδομοχλούς από τη δεξιά και αριστερή πλευρά των ποδιών.
5. Να διαθέτει **μηχανισμό κεντρικού κλειδώματος** των τροχών μέσω ποδοπετάλ.
6. Όλες οι κινήσεις του φορείου θα εκτελούνται από ποδομοχλούς και από τις δύο πλευρές του φορείου.
7. Η επιφάνεια κατάκλισης να χωρίζεται σε **δύο κινητά τμήματα και ένα σταθερό**.
8. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι **ακτινοδιαπερατή**, να στηρίζεται και να ανυψώνεται από δύο κολώνες, έτσι ώστε το τμήμα του φορείου κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης να είναι ελεύθερο για τη λήψη ακτινογραφιών.
9. Να εκτελεί **κινήσεις trendelenburg** και αντίστροφη κίνηση θέσεων trendelenburg περίπου $\pm 15^\circ$.
10. Το τμήμα της πλάτης να είναι ανακλινόμενο σε γωνία έως 90° μέσω πετάλ (από την οριζόντια θέση) και να ρυθμίζεται μέσω ποδοπετάλ.
11. Στις τέσσερις γωνίες να φέρει **προσκρουστήρες** για την αναρρόφηση προσκρούσεων και την προστασία από χτυπήματα.
12. Να διαθέτει **πλαϊνά πτυσσόμενα προστατευτικά κάγκελα**.
13. Να διαθέτει χειρολαβές ώθησης-οδήγησης στο τμήμα των ποδιών και της κεφαλής.
14. Να διαθέτει στις δύο γωνίες της πλάτης σταθερές βάσεις ενισχυμένης στήριξης στατό ορού.
15. Να φέρει ανοξείδωτο στατό ορού, ρυθμιζόμενο σε ύψος, με άγκιστρα.
16. Η **ρύθμιση του ύψους** του φορείου (άνω-κάτω) να γίνεται μηχανικά με ποδοπετάλ από 65cm-10cm περίπου, μέσω υδραυλικού συστήματος.
17. Να διαθέτει **στρώμα** από ανθεκτικό υλικό, πλήρως ακτινοδιαπερατό, ανθεκτικό σε βιολογικά υγρά και απολυμαντικά. Το στρώμα να είναι αντιτυρικό, αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, υποαλλεργικό, να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα διαστάσεων 600mmx1970mm περίπου και πάχους 10cm περίπου.
18. Το φορείο να διαθέτει θήκη στη βάση του για την εναπόθεση των προσωπικών ειδών του ασθενούς, καθώς και
19. Να διαθέτει **υποδοχή** για την **προσαρμογή όλων των τύπων φιάλης οξυγόνου**
20. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 2001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ88/Γ.Π. ΟΙΚ./1348/04 να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.
21. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη.
22. Το φορείο να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 10993-10:2010 και το στρώμα: IEC60601-2-52

23. Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα πρότυπα προσπέκτ τους, με ποινή αποκλεισμού.
24. Η προσφορά να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας περί εξουσιοδοτημένου service.
25. Να δοθεί user manual στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.