



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ**

Τμήμα: Οικονομικό /Γρ. Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση: Ε.Ο. Πύργου - Πατρών  
Ταχ. Κ.: 27 131  
Τηλέφωνο: 2621 36 1193  
Πληροφορίες : Μπακαλοπούλου Κ.

**ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5723/17-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΒΣΩ46907Ε-ΖΣΩ, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 405050) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ),**

*Σχετικά:*

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
2. Οι διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
3. Η Διακήρυξη υπ' αρ. 5723/17-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΒΣΩ46907Ε-ΖΣΩ, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 405050)
4. Το με Α.Π. 8700/10-03-2026 Αίτημα Διευκρινίσεων Οικονομικού Φορέα
5. Το με αρ. πρωτ. 9751/17-03-2026 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Κατόπιν αιτήματος Οικονομικού φορέα, περί παροχής διευκρινίσεων σε ό,τι αφορά στην τεχνική προδιαγραφή Β1 των ζητούμενων ειδών της Ομάδας 3 (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ) (CPV: 33696300-8) και σε απάντηση ως προς το κάτωθι διευκρινιστικό ερώτημα:

*«Επιτρέπεται φυγοκέντρηση των δειγμάτων σε οποιαδήποτε στάδιο, προαναλυτικά ή εντός του αναλυτή, στην διαδικασία της εξέτασης;»*

Σας επισυνάπτουμε αυτούσια την απάντηση της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, διατυπωθείσα στο υπ' αρ. πρωτ. 9751/17-03-2026 έγγραφο:

«Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας υπ' αρ. πρωτ. 5723/17-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΒΣΩ46907Ε-ΖΣΩ, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 405050), ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ τα κάτωθι:

Τα δείγματα να μην υποβάλλονται σε φυγοκέντρηση ούτε προαναλυτικά από το χειριστή ούτε από το σύστημα σε κανένα στάδιο λειτουργίας για την έκδοση αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται πιθανές αλλοιώσεις στην μορφολογία και των πιο ευαίσθητων σωματιδίων».

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**