



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ:** ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:** ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
**ΤΜΗΜΑ:** ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:** Συντριάδα, Πύργου  
**Τ.Κ.:** 251 31 Πύργος Ηλείας  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Πουλιάσης Α.  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ:** 2621361470  
**Email:**  
nosokpyrgou@1707.syzefxis.gov.gr

**ΠΡΟΣ:**  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ» CPV:33140000-3» ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΗΣ Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ**

Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, προϋπολογισμού **20.520,00€** πλέον ΦΠΑ (**25.406,20€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%)

Η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει
- (2) Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- (3) Την υπ' αριθ. **4η/24-01-2024** (ΑΔΑ: ΨΤΠ246907Ε-ΘΛΨ) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας με το οποίο εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές νέου είδους,
- (4) Την αριθμ. **8<sup>η</sup>/27-02-2026** (ΑΔΑΜ: **26REQ018884810**) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ**», προϋπολογισμού δαπάνης **20.520,00€** πλέον ΦΠΑ (**25.406,20€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%), κατόπιν πρόσκλησης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), όπως τροποποιούνται-αντικαθίστανται κατά περίπτωση όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 53 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2021),
- (5) Την αριθμ. πρωτ. 14408/24-04-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: **26REQ018884838**),

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να υποβάλλει σχετική προσφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021, για την κάτωθι προμήθεια:

**«ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ» CPV: 33140000-3»**

Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής για ποσότητα τεμαχίων ως τον κάτωθι πίνακα, προϋπολογισμού δαπάνης έως **20.520,00€** πλέον ΦΠΑ (**25.406,20€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12607/09-04-2024)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
<b>1</b>	Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300ml αδειαζόμενο, με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα που αυξομειώνει τις τιμές έγχυσης ανάλογα με αυτές της αναρρόφησης, με πέντε προεπιλογές έγχυσης (1-5) όπου στις τελικές τιμές προστίθενται 35mmHg έως 75 mmHg ορού αντίστοιχα και κατ' αναλογία των τιμών αναρρόφησης, για την αποφυγή αστάθειας (surge), με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, τραπεζιδίου, κλειδί και sleeve τομής 1,8-2,2mm.	<b>65,00€</b>	<b>120 ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>7.800,00€</b>  <b>9.672,00€</b> (ΦΠΑ 24%)
1A	Βελόνα φακοθρυψίας (tip) ημιπολλαπλών χρήσεων για τομή 1,8mm.	<b>25,00€</b>	<b>24 ΤΕΜΑΧΙΑ</b> (η αντιστοιχία είναι ανά 5 κασέτες 1 τεμάχιο)	<b>600,00€</b>  <b>744,00€</b> (ΦΠΑ 24%)
1B	Κάλυμμα βελόνας φακοθρυψίας για τομή 2,2 χιλιοστών	<b>7,00€</b>	<b>60 ΤΕΜΑΧΙΑ</b> (η αντιστοιχία είναι ανά 2 κασέτες 1 τεμάχιο)	<b>420,00€</b>  <b>520,80€</b> (ΦΠΑ 24%)
<b>2</b>	Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 1,6% βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml με μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια Daltons, ιξώδες 55.700 cps, ωσμωμοριακότητα 340 mOsm/Kg, δείκτη διάθλασης 1.334 και 6.8-	<b>23,5€</b>	<b>120 ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>2.820,00€</b>  <b>3.496,80€</b> (ΦΠΑ 24%)

	7.6 pH.			
3	Ιξωδοελαστικό να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 3% και θεική χονδροϊτίνη σε συγκέντρωση 4%.	37,00€	120 ΤΕΜΑΧΙΑ	4.440€ 5.505,60€ (ΦΠΑ 24%)
4	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 500ML	3,00€	120 ΤΕΜΑΧΙΑ	360,00€ 406,80€ (ΦΠΑ 13%)
5	CUSTOMPACK	34,00€	120 ΤΕΜΑΧΙΑ	4.080,00€ 5.059,20€
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				

Προϋπολογισμός των ειδών **20.520,00€** άνευ ΦΠΑ, ήτοι **25.406,20€**.

**ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:**

1. Τα προσφερόμενα υλικά φακοθρυψίας θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ένα συμβατό μηχάνημα φακοθρυψίας που θα διαθέσει ο προμηθευτής ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των επεμβάσεων του νοσοκομείου. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας. Να υπάρχει έγκριση χρήσης των μηχανημάτων αυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάλογος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μηχάνημα εντός της Ελλάδας.
2. Απαραίτητη επί ποινή απόρριψης η κατάθεση δειγμάτων για την τεχνική αξιολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων.
3. Να υπάρχει άμεση κάλυψη σε σέρβις του προσφερόμενου μηχανήματος, και αντικατάσταση του συστήματος εντός 48 ωρών σε περίπτωση που το μηχάνημα χρήζει επιδιορθώσεως που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο. Εγχειρίδιο στα Ελληνικά. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει το Νοσοκομείο, τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, ύστερα από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία, με τα είδη της συμβάσεως που θα υπογραφεί. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι άριστα σε ποιότητα και καθ' όλα σύμφωνα και όμοια με τα αναγραφόμενα στην προσφορά, τα PROSPECTUS του προμηθευτή και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην παραγγελία.
4. Οι παραγγελίες των υλικών και των ενδοφακών θα εκτελούνται εντός 48 ωρών, ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση των ενδοφακών αυτή θα εκτελείται εντός 24 ωρών.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του είδους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Οι συμμετέχοντες θα δώσουν οικονομική προσφορά σύμφωνη με το **Παρατηρητήριο τιμών**
- **Αν το είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών** να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013).
- Οι συμμετέχοντες θα δώσουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για επιμέρους είδη (αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους που προσφέρουν).

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ</b>	
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1.Κασέτες φακοθρυψίας	1. Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300ml αδειαζόμενο, με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα που αυξομειώνει τις τιμές έγχυσης ανάλογα με αυτές της αναρρόφησης, με πέντε προεπιλογές έγχυσης (1-5) όπου στις τελικές τιμές προστίθενται 35mmHg έως 75 mmHg ορού αντίστοιχα και κατ' αναλογία των τιμών αναρρόφησης, για την αποφυγή αστάθειας (surge), με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, τραπεζιδίου, κλειδί και sleeve τομής 1,8-2,2mm.
<b>1A</b>	Βελόνα φακοθρυψίας (tip) ημιπολλαπλών χρήσεων για τομή 1,8mm.
<b>1B</b>	Κάλυμμα βελόνας φακοθρυψίας για τομή 2,2 χιλιοστών
3. Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 3% και θειική χονδροϊτίνη σε συγκέντρωση 4%.	3.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 3% και θειική χονδροϊτίνη σε συγκέντρωση 4%.
2. Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 1,6%	2.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 1,6% βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml με μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια Daltons, ιξώδες 55.700 cps, ωσμωμοριακότητα 340 mOsm/Kg, δείκτη διάθλασης 1.334 και 6.8-7.6 pH.
4.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστική φιάλη χωρητικότητας 500 ml	4.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστική φιάλη χωρητικότητας 500 ml . Με ωσμωμοριακότητα 300 mOsm/Kg και 7,2pH.
<b>5. Τα κάτωθι υλικά θα προσφερθούν σε CUSTOM PACK Φακοθρυψίας</b>	
Μαχαιρίδιο κύριας τομής	Μαχαιρίδιο κύριας τομής με άνω και κάτω κόππουσα 2,75 mm.
Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής	Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής 15 μοιρών.
Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών	Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών σε φάκελλο.
Steri drape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών	Steri drape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών διαστάσεων 140cm X 127cm, από

	αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό υλικό και επιπλέον αυτοκόλλητη απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής διαστάσεων 9,00 X 11,50 mm.
Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζιού	Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζιού διαστάσεων 100X140cm.
Κάνουλα υδροδιαχωρισμού	Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g.
Κυστεοτόμος 25g.	Κυστεοτόμος 25g.
Σύριγγα 10 ml.	Σύριγγα 10 ml.
Σύριγγα 5 ml .	Σύριγγα 5 ml .
Σύριγγα 2 ml.	Σύριγγα 2 ml.
Γάζες 10X10 cm.	Γάζες 10X10 cm.
Γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 8,0.	2 ζεύγη γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 8,0.
Μπλούζες χειρουργού Νο XL.	2 τεμάχια μπλούζες χειρουργού Νο XL.

### ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

<p><b>1.</b> Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονο και συμβατό με τις τελευταίες εξελίξεις κατάλληλο για φακοθρυψία υπερήχων, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία.</p> <p><b>2.</b> Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία τύπου Venturi ή περισταλτική που διαθέτει ρύθμιση απόκρισής της χωρίς να απαιτείται εξωτερική χρήση αέρα για τη λειτουργία του.</p> <p><b>3.</b> Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό φακοθρυψίας σε συχνότητα λειτουργίας υπερήχου με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα, με τιμές στη λειτουργία αναρρόφησης από 0mmHg έως τουλάχιστον 600mmHg.</p> <p><b>4.</b> Να διαθέτει λειτουργία πρόσθετης υαλοειδεκτομής τύπου γκιλοτίνας με δυνατότητα τουλάχιστον 800 κοπές ανά λεπτό και να φέρει υποχρεωτικά σύστημα υαλοειδεκτόμου.</p> <p><b>5.</b> Με δυνατότητα φακοθρυψίας από τομές 1,8 έως 3,0 χιλιοστά.</p> <p><b>6.</b> Να διαθέτει σύστημα διατήρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης.</p> <p><b>7.</b> Να διαθέτει τηλεχειριστήριο ελέγχου των βασικών λειτουργιών του μηχανήματος (φωτιζόμενο).</p> <p><b>8.</b> Η κασέτα του συστήματος φακοθρυψίας να είναι κλειστού τύπου, χωρητικότητας από 300-500cc, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στυλεό, που συνδυάζει την ενέργεια των ανάλογων τύπου υπερήχων.</p> <p><b>9.</b> Να διαθέτει προγραμματιζόμενο ποδοχειριστήριο το οποίο να υποστηρίζει τη λειτουργία αντίστροφης ροής (reflux). Με λειτουργία γραμμικού ελέγχου. Να συνδέεται ασύρματα με τεχνολογία Bluetooth. Να διαθέτει τέσσερις προγραμματιζόμενους περιφερικούς διακόπτες.</p> <p><b>10.</b> Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο άξονα ορού.</p> <p><b>11.</b> Να διαθέτει απεριόριστο αριθμό προγραμμάτων-μνημών για χειρουργούς και χειρουργικές τεχνικές.</p> <p><b>12.</b> Να φέρει σύστημα για μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.</p> <p><b>13.</b> Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.</p> <p><b>14.</b> Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.</p>
--

## 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με **Κ.Α.Ε 1311** σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.

## 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ισχύς της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς.

Αρμόδιος υπάλληλος: Πουλιάσης Αλέξανδρος.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν σταλεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, να είναι δακτυλογραφημένες και γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την **Τετάρτη 29/04/2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου**. Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε ταχυδρομικά, οπωσδήποτε πάντως σε σφραγισμένο φάκελο.

Η προσφορά θα φέρει υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο κλπ).

Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη και θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την **Τετάρτη 29/04/2026 και ώρα 14:30 μ.μ.**

#### **4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

##### **A. Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).**

**β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.**

**γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**

**δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**

**ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.**

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας.

## **Β. Τεχνική Προσφορά**

**Τεχνική προσφορά** καταλλήλως υπογεγραμμένη, που θα καλύπτει απαραίτητως και απαρεικλίτως του όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα.

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τη διασφάλιση ποιότητα και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν **Πιστοποιητικά** που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιας υπηρεσίας (CEN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), που θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ ISO 13485:2003 Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Σχετικών Υπηρεσιών από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς, **καθώς επίσης θα προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, ISO το οποίο απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.**

**Η προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Πιστοποιητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ (και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/47/ΕΚ-5.9.2007), με τον αριθμό αναγνώρισης του εμπλεκόμενου Κοινοποιημένου Οργανισμού, καθώς και από Πιστοποιητικό ISO του εργοστασίου κατασκευής.**

Οι εταιρείες διακίνησης θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. / 1348 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Οι παραγγελίες των υλικών θα εκτελούνται (το μέγιστο) εντός 48 ωρών.

### **Γ. Οικονομική προσφορά**

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του είδους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Οι συμμετέχοντες θα δώσουν οικονομική προσφορά σύμφωνη με το **Παρατηρητήριο τιμών**
- **Αν το είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013).

### **5.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εφόσον πληρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρθηκαν ως άνω.

Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών.

### **6.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

- α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β' /24-3-'09): 2,00 %.
- β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος αξίας 4% για υλικά, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος επί καθαρού ποσού.
- γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α'147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

## **7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Κατά της εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

## **8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε κατάσταση που κατά νόμο θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**