



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πύργος, 17/07/2026  
Α.Π.: 25579

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση : Ε.Ο. Πύργου- Πατρών  
Τ. Κώδικας : 27131  
Πληροφορίες : Χρονοπούλου Λαμπρινή  
Τηλέφωνο : 2621 36 1508  
e-mail : promitheies@nosokomeiopyrgoy.gr

**ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα (υπ'αριθμ. 25433/17-07-2026 εισερχ. στην υπηρεσία μας) επί των όρων της υπ' αριθμ. 25035/14-07-2026 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501241).**

Σε απάντηση του από 16/07/2026 (αρ. πρωτ.: 25433/17-07-2026 εισερχ. στην υπηρεσία μας) ηλεκτρονικού αιτήματος παροχής διευκρινίσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό **501241** και αντικείμενο την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)», γνωρίζονται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα κάτωθι:

**Επί του Ερωτήματος 1:**

Αναφορικά με το είδος **18.1 «Σετ χορήγησης υγρών/φαρμάκων με τις ηλεκτρονικές αντλίες (μονής έγχυσης)» της ΟΜΑΔΑΣ Β**, διευκρινίζεται ότι η ζητούμενη ακρίβεια χορήγησης « $\leq \pm 3\%$ » αποτελεί απαραίτατο γενικό τεχνικό χαρακτηριστικό λειτουργίας της συσκευής και **απαιτείται να εξασφαλίζεται σε όλο το εύρος της έγχυσης.**

Η απαίτηση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου η ασκούμενη πίεση από το μηχάνημα, ακόμη και σε χαμηλούς ρυθμούς ροής (χαμηλά cc/hr), να υπερνικά πλήρως την αντίσταση της φλέβας (οπισθοπίεση), διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη, ασφαλή και εγγυημένη χορήγηση της ακριβούς δόσης του φαρμακευτικού σκευάσματος μέχρι την ολοκλήρωση της έγχυσης.

**Επί του Ερωτήματος 2:**

Αναφορικά με τον όρο προμήθειας για την κατάθεση ηλεκτρονικών αντλιών για τα προϊόντα της ομάδας 18, διευκρινίζεται ότι για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Ε.Θ. αλλά και των λοιπών τμημάτων του Νοσοκομείου, ο επιμερισμός των **135 συνολικά** ηλεκτρονικών αντλιών ορίζεται ως εξής:

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

- **Εκατόν πέντε (105) ηλεκτρονικές αντλίες για χορήγηση μέσω ορού (υγρών).**
- **Τριάντα (30) ηλεκτρονικές αντλίες για χορήγηση μέσω σύριγγας.**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**